

Verfahrensanweisung	Deutsches Rotes Kreuz  Kreisverband Odenwaldkreis
Routinedesinfektion	Rettungsdienst

1. Ziel und Zweck

Diese Verfahrensanweisung beschreibt die standardmäßige Routinedesinfektion der Einsatzfahrzeuge.

2. Geltungs- und Verantwortungsbereich

Diese Verfahrensanweisung gilt für alle Mitarbeiter im Rettungsdienst. Die Durchführungsverantwortung obliegt der Rettungsdienstleitung, sie wird unterstützt von den Desinfektoren.

3. Beschreibung

Alle Einsatzfahrzeuge müssen mindestens einmal wöchentlich, sowie bei sichtbarer oder möglicher Kontamination nach Hygieneplan desinfiziert und einer Grundreinigung unterzogen werden.

Die Aufgabenstellung sowie die Dokumentation erfolgt über Aldente.

Ersatzfahrzeuge sind jeweils bei der ersten Übernahme der jeweiligen Woche zu desinfizieren.

Prinzipiell gilt: Wird die Aufgabe zur Routinedesinfektion über Aldente angezeigt, so muss dies auch getan werden. Wird das Ersatzfahrzeuge ein zweites Mal in einer laufenden Woche eingesetzt, sind nur doch die üblichen Routinearbeiten durchzuführen.

Zur Routinedesinfektion gehört:

- Sämtliche Schubladen und Schränke von innen & außen
- Trage inkl. Auflage und Gestell
- Tragestuhl
- Sämtliche Koffer / Rucksäcke von innen & außen
- Unverpackte Mehrwegprodukte (z.B. Rettungsschere, Pupillenleuchte, Stauband, etc.)
- Stethoskope und Intubationsbestecke
- Ablageflächen und Wände
- Decke und Fußboden
- Begleiterstühle
- Fahrerraum inkl. Und Ablagen
- Defi, Absaugpumpe und Beatmungsgerät

Die Desinfektion erfolgt mit Ultrasol Oxy Wipes.

4. Mitgelieferte Unterlagen

- UVV Gesundheitsdienst
- Infektionsschutzgesetz
- RKI – Richtlinien für Krankenhaushygiene und Infektionsprophylaxe
- HRDG
- TX RD Hygieneplan Teil 1 05-04-01-0-1
- Aufgaben-Tool Aldente
- VA RD Wirksamkeitsprüfung Routinedesinfektion 05-04-02-05

VA RD Routinedesinfektion 05-04-02-01-V08				
Stand: 19.07.24	Ersteller: Zellmann, QB RD/HD	Geprüft: Rabes, Desinfektor	Freigabe: Trautmann, RDL	Seite: 1 von 2

Verfahrensanweisung	Deutsches Rotes Kreuz  Kreisverband Odenwaldkreis
Routinedesinfektion	Rettungsdienst

5. Qualitätsaufzeichnung

- Hygiene-Tool Aldente
- FO RD Protokoll Wirksamkeitsprüfung Routinedesinfektion 05-04-02-04

VA RD Routinedesinfektion 05-04-02-01-V08				
Stand: 19.07.24	Ersteller: Zellmann, QB RD/HD	Geprüft: Rabes, Desinfektor	Freigabe: Trautmann, RDL	Seite: 2 von 2